

BOES CCD 카메라의 특성

박병근, 성현철, 장비호, 장정균, 박윤희, 김강민, 한인우

한국천문연구원

보현산천문대 1.8m 망원경을 위한 고분산 에셀 분광기 BOES의 영상 획득 및 저장에 사용되는 CCD 카메라의 이득값, 읽기잡음, 선형성 등 특성 시험 결과를 보인다.