



# 고령자용 보행차, 전기 포충기 3개 제품 리콜명령

## 부품 임의 변경, 표시사항 미비 등 적발

국가기술표준원은 고령자 용품 등 68개 제품을 대상으로 안전성 조사를 시행한 결과 고령자용 보행차 2개(상모의료산업, 진성메디), 전기 포충기 1개(이레그린) 등 3개 제품이 소비자 안전에 위해가 있다고 확인되어 리콜명령을 하였다.

### 3개 제품의 결함내용은 다음과 같다.

고령자용 보행차 2개 제품은 안전 취약계층인 고령자가 해당 제품에 체중을 실어 이동할 경우 넘어져서 신체 상해 등의 위험성이 있다.

전기 포충기 1개 제품은 전류가 흐르는 충전부에 사용자의 손이 직접 닿을 수 있도록 제작되었고, 주요 부품이 인증 받을 때와 달리 임의로 변경되어 있어 감전과 화재의 위험성이 있는 것으로 확인되었다.

이번에 리콜명령 받은 기업들은 유통매장에서 해당 제품을 수거하고, 소비자에게 판매된 제품은 다른 제품으로 교환 등을 해주어야 한다.

국표원은 이번 리콜제품에 대한 정보를 제품안전정보센터(www.safetykorea.kr)에 공개하고 위해상품판매 차단시스템에 제품 바코드를 등록해 전국 대형 유통매장에서의 판매를 즉시 차단할 예정이다.

국표원은 소비자가 이번 리콜대상 제품을 제조, 수입, 판매한 사업자에게 수거, 교환 등을 해 달라고 적극 요구할 필요가 있으며, 유통매장에서 해당 물품 발견 시 국가기술표준원(043-870-5434) 또는 한국제품안전협회(02-890-8300)에 신고해 달라고 당부했다.

\* 리콜명령 받은 제품은 「제품안전정보센터」 접속 → 왼쪽 위에 위치한「리콜」클릭 → 「리콜정보검색」에서 확인

### 제품 안전성조사 결과 리콜명령 대상제품(3개)

#### ■ 고령자용 보행차 : 2개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	신고번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
상모의료 산업㈜ 053-856-1565	한국	B201L001 -8001A	SWA -301	○ 안전성시험(충방) 2.5"에서 전도(기준치: 3.5"이상)  ○ 표시사항미비 - 제조연월 미표시 및 종류 (형식, 사용장소 오기)		수거· 교환
CHAINFAIR TECHNOLOGY CO.,LTD (주)진성메디 032-506-1937	중국	B201R037 -1001	CA827	○ 안전성시험(전방) 8.7"에서 전도(기준치: 10.0"이상)  ○ 표시사항미비 - 종류(형식), 제조연월, 행들의 적절한 조절위치, 사용상 주의사항 미표시		수거· 교환

#### ■ 전기포충기 : 1개 제품

제조자명 (수입자명)	제조국	신고번호	모델명	조사결과 (부적합 내용)	제품사진	조치 구분
(주)이레그린 062-961-5280	한국	YE07005 -14001	블랙키토	○ 충전부 감전보호(최종결함) - 충전부에 테스트핑거 접촉  ○ 부품 임의 변경(최종결함) - PCB, 구동부, 전류퓨즈 등 변경  ○ 안전성 및 기계적 위험 (경결함) - 팬 날개에 테스트핑거 접촉		수거· 교환



**문의** | 산업통상자원부 국가기술표준원 제품시장관리과 (043-870-5425)